

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970, סעיפים 104 ו- 105
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה מתקני לחץ), תשכ"ז - 1967

מס' סידורי של התסקיר:

תסקיר על בדיקת דוד קיטור בלחץ קיטור

(חוסך המעמס לחימום מים המסופקים לדוד קיטור וכן משתן לחימום קיטור נחשבים כדוד קיטור וכל אחד מהם חייב בדיקה נפרדת)

תסקיר קודם:

חלק א' - תיאורים

1. תופש המפעל או תופש המקום שבו נמצא דוד הקיטור

(א) השם המלא:

(ב) כתובת המפעל או המקום:

(ג) כתובת המשרד:

(ד) מספר הטלפון:

2. תיאור דוד הקיטור / ----- / -----

(א) היצרן: טוטנאור בע"מ. שנת הייצור: 1994

(ב) הדגם (תיאור הדוד): 2540MK. אוטוקלב שולחני, 23 ליטר, חימום חשמלי.

(ג) מספר הניתן ע"י היצרן: 477. צורת ההפעלה: --- / אוטומטית

(ד) סימני במפעל: הדלקה בלחץ: ---- בר' / הפסקה בלחץ: 1.2 בר'

3. בדיקת דוד הקיטור במצב קר נערכה ע"י הבודק המוסמך: ביום:

מס' סידורי של התסקיר: ובו נקבע לחץ עבודה מותר של: 2.56 בר'

חלק ב' - הבדיקה ותוצאותיה

4. המצב שנתגלה בבדיקה שנערכה ביום:

(א) האם היתה נזילה -

1. מכוות-איש או מפתחי ניקוי: לא

2. מאביזרים: לא

(ב) הערות נוספות: אין

5. אביזרים וציוד

(א) 1. שסתום הבטחון - האם הוא מכוון כדי למנוע את הפעלת דוד הקיטור בלחץ שמעל

ללחץ העבודה המותר הנקוב בתסקיר על בדיקת דוד קיטור כשהוא קר: כן

2. א. שסתום הביטחון מספר 1 נפתח בלחץ של 1.4 נסגר בלחץ של 1.1 בר'

ב. שסתום הביטחון מספר 2 נפתח בלחץ של ---- נסגר בלחץ של --- בר'

(ב) לשסתום ביטחון מנופי 1. האם המשקולות מהודקות על המנוף במקום הנכון? כן / לא

2. מרחק המשקולות ממרכז השסתום: קפיצי ס"מ.

(ג) מד לחץ 1. האם פועל בסדר? כן / --

2. האם סומן בסימון ללחץ העבודה המותר? כן / --

(ד) מראה מפלס מים - 1. האם פועל כהלכה? כן / --

2. האם סומנו גבהי מפלס המים? כן / --

3. כשמראה מפלס מים הנו בעל צינור זכוכית - האם צויד במגן יעיל --

הפצה: המקור: לתופש הכללי, עותק 1; למפקח העבודה האזורי, עותק 2; לבודק המוסמך

הערה: תשומת הלב מופנים לכך שהחוק מחייב בדיקה

חוזרת של המתקן האמור לא יאוחר מיום: . .

חלק ג' - תיקונים ולחץ העבודה המותר

6. תיקונים ותנאים

א) התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: --

ב) תנאים אחרים הדרושים כדי להשיג פעולה בטוחה של דוד הקיטור: -----

7. לחץ העבודה המותר 2.56 בר'

8. הערות נוספות: המתקן מותר לשימוש מנגנון נעילת הדלת תקין, מונע פתיחת הדלת כששורר לחץ בתוך האוטוקלב.

- אני, _____ מצהיר בזה:
1. אני בודק דודים מוסמך ע"י מפקח העבודה הראשי, בהתאם לסעיפים 104 ו-105 לפקודת תהטיחות בעבודה, (נוסח חדש), תשי"ל - 1970 לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס' _____ מיום _____
 2. הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של מתקן הלחץ: אוטוקלב שולחני, 23 ליטר, בנוי מפלבים, עם חימום חשמלי פנימי שנבדק על ידי ביום: _____
 3. הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן על בדיקת מתקן הלחץ הנ"ל ותוצאותיה.
 4. הוראותי בדבר התיקונים ותנאים הדרושים וקביעותי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג' לעיל עשויים - למיטב ידיעותי - להבטיח פעולה בטוחה של מתקן הלחץ שבדקתי.

תאריך: _____

חתימת בודק הדודים המוסמך: _____

מענו: מבוא _____

טל: _____