

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל - 1970, סעיפים 104 ו- 105
תקנות הבטיחות בעבודה (בדיקה מתקני לחץ), תשכ"ז - 1967

מס' סידורי של התסקיר:

תסקיר על בדיקת דוד קיטור בלחץ קיטור

(חוסך המעמס לחימום מים המסופקים לדוד קיטור וכן משתן לחימום קיטור נחשבים כדוד קיטור וכל אחד מהם חייב בדיקה נפרדת)

תסקיר קודם:

חלק א' - תיאורים

1. תופש המפעל או תופש המקום שבו נמצא דוד הקיטור

(א) השם המלא:

(ב) כתובת המפעל או המקום:

(ג) כתובת המשרד:

(ד) מספר הטלפון:

2. תיאור דוד הקיטור / ----- / -----

(א) היצרן: טוטנאור בע"מ. שנת הייצור: 1994

(ב) הדגם (תיאור הדוד): 2540MK. אוטוקלב שולחני, 23 ליטר, חימום חשמלי.

(ג) מספר הניתן ע"י היצרן: 477. צורת ההפעלה: --- / אוטומטית

(ד) סימני במפעל: הדלקה בלחץ: ---- בר' / הפסקה בלחץ: 1.2 בר'

3. בדיקת דוד הקיטור במצב קר נערכה ע"י הבודק המוסמך: ביום:

מס' סידורי של התסקיר: ובו נקבע לחץ עבודה מותר של: 2.56 בר'

חלק ב' - הבדיקה ותוצאותיה

4. המצב שנתגלה בבדיקה שנערכה ביום:

(א) האם היתה נזילה -

1. מכוות-איש או מפתחי ניקוי: לא

2. מאביזרים: לא

(ב) הערות נוספות: אין

5. אביזרים וציוד

(א) 1. שסתום הבטחון - האם הוא מכוון כדי למנוע את הפעלת דוד הקיטור בלחץ שמעל

ללחץ העבודה המותר הנקוב בתסקיר על בדיקת דוד קיטור כשהוא קר: כן

2. א. שסתום הביטחון מספר 1 נפתח בלחץ של 1.4 נסגר בלחץ של 1.1 בר'

ב. שסתום הביטחון מספר 2 נפתח בלחץ של ---- נסגר בלחץ של --- בר'

(ב) לשסתום ביטחון מנופי 1. האם המשקולות מהודקות על המנוף במקום הנכון? כן / לא

2. מרחק המשקולות ממרכז השסתום: קפיצי ס"מ.

(ג) מד לחץ 1. האם פועל בסדר? כן / --

2. האם סומן בסימון ללחץ העבודה המותר? כן / --

(ד) מראה מפלס מים - 1. האם פועל כהלכה? כן / --

2. האם סומנו גבהי מפלס המים? כן / --

3. כשמראה מפלס מים הנו בעל צינור זכוכית - האם צויד במגן יעיל --

הפצה: המקור: לתופש הכללי, עותק 1; למפקח העבודה האזורי, עותק 2; לבודק המוסמך

הערה: תשומת הלב מופנים לכך שהחוק מחייב בדיקה

חוזרת של המתקן האמור לא יאוחר מיום: . .

חלק ג' - תיקונים ולחץ העבודה המותר

6. תיקונים ותנאים

א) התיקונים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם: --

ב) תנאים אחרים הדרושים כדי להשיג פעולה בטוחה של דוד הקיטור: -----

7. לחץ העבודה המותר 2.56 בר'

8. הערות נוספות: המתקן מותר לשימוש מנגנון נעילת הדלת תקין, מונע פתיחת הדלת כששורר לחץ בתוך האוטוקלב.

- אני, _____, מצהיר בזה:
1. אני בודק דודים מוסמך ע"י מפקח העבודה הראשי, בהתאם לסעיפים 104 ו-105 לפקודת תהטיחות בעבודה, (נוסח חדש), תשי"ל - 1970 לערוך בדיקות, לפי תעודת הסמכה מס' _____ מיום _____.
 2. הרישומים בחלק א' הם תיאור נכון של מתקן הלחץ: אוטוקלב שולחני, 23 ליטר, בנוי מפלבים, עם חימום חשמלי פנימי שנבדק על ידי ביום: _____.
 3. הפרטים הרשומים בחלק ב' הם תסקיר נאמן על בדיקת מתקן הלחץ הנ"ל ותוצאותיה.
 4. הוראותי בדבר התיקונים ותנאים הדרושים וקביעותי בדבר לחץ העבודה המותר הרשומים בחלק ג' לעיל עשויים - למיטב ידיעותי - להבטיח פעולה בטוחה של מתקן הלחץ שבדקתי.

תאריך: _____

חתימת בודק הדודים המוסמך: _____

מענו: מבוא _____

טל: _____