

הנדון: מרכז מס' 10/2021 – רכישת מאזניים מיקרו אנליטיים

להלן השאלות שהתקבלו מאת מציעים ותשובות המוסד לבטיחות ולגיהות עליהן תשובות המוסד לשאלות המציעים וההברות שמובאות בטבלה שלהלן הן חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

תשובה	שאלה	עמוד	סעיף	מס"ד
1. ניתן להציע מגש שקילה מחומר עמיד אחר. 2. לעומת זאת איננו יכולים להתפשר על קוטר משטח השקילה (PAN) וקוטרו חייב להיות גדול מ-4.5 ס"מ.	הדרישה למגש טיטניום אנטיסטטי ולקוטר 5.2 ס"מ - דרישת הפרמטרים הללו מאפיינים מוצר של ספק יחיד . הוכח שאין באמת צורך בשטח העשוי מטיטניום וכן קוטר משטח של הסטנדרט המקובל הוא 2.6 ס"מ היצרן, METTLER TOLEDO, שוויץ, נחשב מספר אחת בשקילה והוא זוכה פעם אחר פעם בפרסים בין לאומיים בתחום זה. מטלר טולדו מובילים בחדשנות וטכנולוגיה לפתרונות שקילה מתוחכמים, כשמאזני המיקרו שלהם הם המוצר הנמכר בעולם. השאלה העולה האם להציע לכם מוצר שלא זהה לדרישה הנ"ל?	13	חלק ב' מפרט טכני	1